
〈アキュチェックアビバの操作方法〉

製品に関するお問い合わせは、「ロシュにハロー お客様センター」へ 24時間 365日 フリーダイヤル ロシュに ハロー 0120-642-860

ACCU-CHEK® Aviva

1. 針の深さを調節する



2. 針をセットする




3. 試験紙を1枚取り出し、すぐ閉める



4. 試験紙をセットする



5. 画面に試験紙と血液マークが表示されたことを確認する



6. 穿刺（せんし）ボタンを押して穿刺する



7. 血液を付ける



血液のつけ方



8. 結果を確認する



9. 試験紙のあとかたづけ



10. 取り外しボタンを押して針を廃棄する





使用後はインナーガイド（薄紫色の部分）が前方に移動します。

使用済みの試験紙やランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

血糖測定に必要なもの


■測定器：アキュチェックアビバ



■試験紙：アキュチェックアビバストリップF



■穿刺器具：アキュチェック セミディスポ




■ランセット：
アキュチェック セミディスポ ランセット



■アルコール綿／ティッシュペーパー／自己管理ノートなどは必要に応じてご自身でご用意ください。

電池の交換

電池マークが表示されたら、電池の交換時期です。



アビバに使用する電池は

CR-2032

1個です。



1 裏面電池ボックスのカバーを開ける






2 新しい電池の＋（プラス）面を上にして入れる



※カバーはカチッというまでしっかり閉める。

画面メッセージについて

表 示	原因と対応
 HI が表示される	**測定結果が600mg/dLを超えています。** ◇すみやかに医師の指示に従ってください。 ▲測定結果がおおよそ2,000mg/dLを上回った場合には「E-3」と表示される可能性があります。
 LOが表示される	**測定結果が10mg/dLを下回っています。** ◇すみやかに医師の指示に従ってください。 ▲測定結果が極端に低い場合はごくまれに「E-1」と「試験紙マーク」が表示される可能性があります。
 “E-1”と試験紙マークが表示される	**試験紙に問題が起きました。** ◇新しい試験紙をご使用ください。 **試験紙の差し込み方が間違っています。** ◇試験紙の差し込み方向を確認して入れ直してください。
 “E-3”が表示される	**測定中にエラーが発生しました。** ◇新しい試験紙で測定し直してください。 **血糖値が2,000mg/dLを超えている疑いがあります。** ◇すみやかに医師の指示に従ってください。 ▲この表示が示された場合、機器・試験紙の問題によるエラーであるか、高値のためのエラーであるか判別できませんのでご注意ください。
 “E-6”と試験紙マークと血液マークが表示される	**血液又はコントロール液をつけるのが早すぎました。** （血液マークが画面に表示される前に血液又はコントロール液をつけました。） ◇新しい試験紙で測定し直してください。 ▲画面に試験紙マークと血液マークが表示されるのを確認してから測定を行ってください。
 “E-8”と温度計マークが表示される	**気温が測定器の許容範囲（8～44℃）外です。** ◇8～44℃の場所に移動して5分後にもう一度測定してください。 測定器を人為的に温めたり冷やしたりしないでください。
 “E-9”と電池マークが表示される	**電池切れです。** ◇すぐに電池を交換してください。 **低温の環境下で電池が冷えてしまい、測定できなくなっている可能性があります。** ◇セットされている電池を一旦取り出して、指ではさむなどして温めてから再度セットしてください。繰り返し表示される場合は電池切れです。電池を交換してください。

※その他の画面メッセージについては取扱説明書をご参照ください。

日付・時刻の確認・設定（はじめてお使いになるときや、電池を交換した際に必要です。）

日付・時刻の変更の必要がなく、設定画面を終了する場合は、電源ボタンを４秒以上押し続けてください。

通常の測定用の画面に戻ります。

〈「Set-up」表示にする〉

1 ①電源ボタンを押す
②日付・時刻と試験紙マークの表示
③電源ボタンを4秒以上押す



2 日付・時刻と「Set-up」が点滅表示される



3 現在の時刻になっているか確認し、◀▶ ボタンで調整する



4 電源ボタンを押して時間を確定する




5 続いて「分」が点滅する。同様に◀▶で調整し、電源ボタンで確定する



6 am／pmを◀▶で選択し、電源ボタンで確定する



7 月、日、年も同様に確認・設定する



8 [終了] ①電源ボタンを4秒以上押す
②試験紙マークの表示
③もう一度電源ボタンを押し電源を切る



お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860
24時間 365日

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEK®はロシュの登録商標です。

0 6748317 001-D