# ACCU-CHEK® Softclix Plus
## ソフトクリックスプラス（黒）の操作方法

次の手順に従って、穿刺器具の操作を行ってください。

●穿刺器具は複数の人で使い回さないでください。
●ランセット（針）は再使用禁止です。

実際の穿刺器具には、右写真の通りシールが貼ってあります。
使用者のお名前を記載の上、ご本人専用でご使用ください。

●各部の説明

### STEP 1 本体キャップを外す

穿刺器具の**本体キャップ**を引っ張り、外します。

### STEP 2 ランセットをセットする

ランセットをホルダーに**「カチッ」**という音がするまで差し込みます。

### STEP 3 保護キャップを取る

ランセットの**保護キャップを数回ねじり、取り外します。**

### STEP 4 本体キャップをはめる

本体キャップの刻み目と、位置あわせラインが一直線になるように合わせ、**「カチッ」**という音がするまで押し込んでください。

### STEP 5 深さを調節する

**深さ調節ダイヤル**をまわして、穿刺の深さを調節します。
深さの目安は上記の通りです。

### STEP 6 プランジャーを押す

**プランジャーを「カチッ」という音がするまで押します。**
これで穿刺器具の準備が整いました。

### STEP 7 穿刺する

手を洗うか、穿刺部位（指先など）をアルコール綿で消毒し、よく乾かします。穿刺器具を穿刺部位にあて、プランジャーを押します。

### ランセットの廃棄方法

本体キャップを引っ張り、外します。

プランジャーをしっかり押して、ランセットを外します。

使用後のランセットは針刺し及び感染防止に留意して、針が貫通せず、蓋がしっかりしまる容器に廃棄してください。
使用後のランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ
フリーダイヤル ロシュにハロー
0120-642-860
24時間 365日（平日18:00～翌日8:30／土日祝日は、サービス内容が限られます）
アキュチェックWebサイト http:/www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEK®はロシュ・ダイアグノスティックスの血糖測定関連製品の登録商標です。