カスタマーサポートおよびサービスセンター
ロシュにハローお客様センター
電話:0120-642-860

最終更新日:2019-04

ロシュ D C ジャパン株式会社
東京都港区港南1-2-70
電話番号:0120-642-860
www.accu-chek.jp

ACCU-CHEK および ACCU-CHEK GUIDE は、
Roche の商標です。

© 2019 Roche Diabetes Care
08037736050-0619 / 08172897001-B

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Guide

Roche

自己検査用グルコース測定器

アキュチェックガイド 初回操作説明書

ACCU-CHEK®

概要

測定器:アキュチェックガイド

試験紙:アキュチェックガイド ストリップ

1. 画面
2. 戻るボタン
3. 上/下矢印ボタン
4. 電源/OKボタン
5. 試験紙差込口およびライト
6. 電池ボックスカバー
7. Micro USBポート
8. 試験紙廃棄ボタン
9. 試験紙容器
10. 試験紙

ランセット:
アキュチェック セミディスポ ランセット

穿刺器具:
アキュチェック セミディスポ



11. ランセット
12. 穿刺ボタン
13. 深度調節ダイヤル
14. 取り外しボタン

*別の穿刺器具を使用する場合は、製品の添付文書を参照してください。ご不明な点がございましたら、ロシュにハローお客様センターにお問い合わせください。

言語および時刻の表示形式を設定する

測定器の電源を初めてオンにすると、言語および時刻の表示形式(12時間または24時間)の選択を求めるメッセージが表示されることがあります。

OK を押して測定器の電源をオンにします。「**言語**」が表示されたら ▼ または ▲ を押して言語を選択し、OK を押します。

ひらがなを選択することもできます。



「**時刻の表示**」が表示されます。▼ または ▲ を押して**12 時間**(am/pm)または**24 時間**を選択します。OK を押して設定し、**メニュー**に戻ります。

⚠

この初回操作説明書は、添付文書や取扱説明書の代わりになるものではありません。添付文書や取扱説明書には、取り扱いに関する重要な情報および追加情報が記載されていますので必ずお読みください。

穿刺器具を準備する

1



深度調節ダイヤルを回して、穿刺深度を調節します。



深さの目安は上記のとおりです。

2



ランセットを穿刺器具にしっかりと差し込みます。ランセットを差し込む際に穿刺ボタンを押さないでください（誤って穿刺される恐れがあります）。



ランセットは正しい方向に取り付けてください。

⚠

- 穿刺器具に取り付ける途中で取り外したランセットは使用しないでください（針が出たままの状態になったり、無菌性の保証ができない場合があります）。
- 針が出たままの状態になっていたり、新しいランセットを取り付けても穿刺できない場合は、使用しないでください。

血糖測定を行う

1



血糖測定を行う前に、流水で手を洗い、よく乾かします。

2

試験紙容器に記載されている使用期限を確認します。使用期限の過ぎた試験紙は使用しないでください。

3

試験紙容器から試験紙を取り出し、キャップをしっかりと閉めます。

4



試験紙の差し込み側（金属の部分）を測定器に差し込みます。

測定器の電源が入ります。**「測定準備中」**と表示されます。

5

血液をつけると表示されます。

6



穿刺器具を穿刺部位にしっかりと押し当て、黄色の穿刺ボタンを押して穿刺します。

7



試験紙の**血液吸引部（黄色の先端部分）**に血液をつけます。**「測定中」**と表示されたら、試験紙から指を離します。

血液のつけ方

⚠ 血液は試験紙の上ではなく先端からつけてください。

⚠ 血液吸引部（黄色の先端部分）がすべて赤くなるまで吸引させてください。

約4秒後に測定結果が画面に表示されます。

測定が終わったら…

ランセットは、取り外しボタンを押して廃棄します。

試験紙は、測定器から引き抜くか、測定器側面の廃棄ボタンを押して測定器本体から取り外し、廃棄してください。

⚠

使用済みの試験紙およびランセットの廃棄については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

電池を交換する



測定器には、CR2032またはDL2032（メーカーによって名称が異なる場合があります）3Vコイン型リチウム電池2個を使用します。

電池が残りわずかになると、上のようなメッセージ（E-9）が表示されます。電池を交換します。

⚠

未使用および使用済みの電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。関連した情報については、取扱説明書を参照してください。

1

測定器背面の電池ボックスカバーのつまみを矢印の方向に押し、上に持ち上げてカバーを開きます。

2

ボタンを押して古い電池を外し、取り出します。

3

（+）側を上向きにして、新しい電池を黒色のツメとボタンの下にセットします。電池ボックスカバーを元の向きに取り付け、カチッと音がするまで閉めます。

ご不明な点がございましたら、ロシュにハローお客様センターにお問い合わせください。

フリーダイヤル　ロシュに　ハロー
0120-642-860
24時間365日