〈アキュチェックモバイル／ファストクリックスの操作方法〉

ACCU-CHEK® Mobile

各部の名称

■測定器：アキュチェックモバイル　■穿刺器具：ファストクリックス





■試験紙：
アキュチェックモバイル
テープカセット



■ランセット（針）：
ファストクリックス
ランセット



初めて操作する場合には

テープカセットの準備

テープカセットの箱を開ける



ホイルシールを開けて
テープカセットを取り出す



1. 光学測定部カバーを開ける



2. テープカセットリリースボタンを押す



3. カセット収納カバーを開け、テープカセットをセットする



4. 電池の保護ストリップをとる



5. ■（電源）ボタンを長押し（約2秒間）し、ハイライトされている言語を選択する



工場出荷時は「日本語」に設定されています

「にほんご」を選択することで、ひらがなでの言語設定も可能になります。（▼ボタンを1回押すと画面上に「にほんご」が表示されます。）



6. ■ボタン［OK］を押し、選択内容を確認する



測定の準備

1. 穿刺（せんし）器具のキャップを外す



2. ランセットドラムをセットする



ランセットドラムをセットするときの注意

ランセットドラムは
確実にセットしてください。



3. 穿刺器具のキャップをはめる



4. 深さを調節する



2回目以降の操作

5. 針交換レバーをスライドさせて新しいランセットをセットする



表示窓の数字が変わります



測定の手順

測定の前に手を流水で洗い、よく乾かす。

1. 光学測定部カバーを開ける



2. プランジャーを押して穿刺する



3. 血液を付ける



4. 結果を確認する



5. 光学測定部カバーを閉める



点着するときの注意

測定器を逆さにしないで
ください。



ランセットドラムの廃棄方法

表示窓の数字が「1」になったら…



穿刺器具本体のキャップを外し、ランセットドラムを引っ張り、外します。

使用後のランセットドラムについて

ランセットドラムは穿刺器具から抜いたら再度セットできません。



使用済みの試験紙やランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

言語の設定

画面に表示する言語を選択できます。
（工場出荷時には日本語で設定されています。）

①メニューの▼▲を使用して、設定を選択する
②設定の言語で■を押して確定する
③▼▲を使用して目的の言語を選択し、■を押す
④選択した言語が表示されたら■を押して確定する



時刻・日付の設定

1 時刻の設定

①設定→日時設定→時間の順に開く
②▼▲を使用して時間❶を設定する
③■（続行）を押す
④▼▲を使用して分❷を設定する
⑤■（続行）を押す




■12時間表示の場合

⑥▼▲を使用して末尾のam（午前）またはpm（午後）を選択する
⑦■（続行）を押す
⑧■（OK）を押す

2 日付の設定

①設定→日時設定→日付の順に開く
②時刻と同様に日❶、月❷、年❸も▼▲、■（続行）で設定する

⚠日付を設定する際の日、月、年の手順は、測定器に設定されている表示形式によって異なります。手順は表示の順番以外は同じです。




テープカセットの交換方法

テープカセット交換のメッセージが表示されたら新しいテープカセットに交換してください。


テープカセット交換メッセージ

これらのメッセージが表示されると測定器の電源は自動的にオフになります。



1 使用中のテープカセットを測定器から取り出す場合

①ツールを開く
②▼▲を使用してカセット交換を選択する
③カセット交換の画面が表示され測定器の電源が自動的にオフになる



2 交換の手順

⚠使用済みのテープカセットは、血液由来の感染に注意して適切な廃棄処理をしてください。

①測定器のカバーを開ける



②テープカセットリリースボタンを押上げ、カセット収納カバーを開ける



③テープカセットを取り出す



④容器から新しいテープカセットを取り出す



⑤銀色の面を上にして測定器にセットする



⑥カセット収納カバーをカチッというまでしっかり閉める




電池の交換

電池交換メッセージが表示されたら新しい電池に交換してください。
アキュチェックモバイルに使用する電池は「単4アルカリ乾電池」2本です。

電池交換メッセージ

電池は、必ず測定器の電源をオフにして取り外してください。



①電池収納部のボックスカバーを矢印の方向に押し開ける
②電池ボックスから電池を取り出す
③電池の＋と－が正しいことを確認し、新しい電池を入れる
④電池ボックスカバーを閉じる



Roche
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
お問い合わせは「ロシュにハロー お客様センター」へ
24時間 365日（平日18:00～翌日8:30／土日祝日は、サービス内容が限られます）
フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860
アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEK®はロシュ・ダイアグノスティックスの血糖測定関連製品の登録商標です。

1120.DCD.GUY.5000.DC-56-005A