

ファストクリックス ランセット

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

組み合わせて使用する採血用穿刺器具は、個人使用的製品のため、絶対に複数の人で使いまわさないこと。

[血液による感染の恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

ランセットは使い捨てのため、再使用はしないこと。

[血液由来の感染の恐れがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構造及び名称

ドラム外観



- 1 個のドラムにランセットが6本入っています。)
- ランセットは穿刺針、保護キャップ、ランセットホルダーで構成されています。)

2. 組成

穿刺針:ステンレススチール

**【使用目的又は効果】

本品は、血液検査のために少量の血液検体を指先等の血管から採取する器具です。本品は、別途製造販売届出品目である専用の採血用穿刺器具と共に用います。本品は単回使用です。


**【使用方法等】

〈組み合わせて使用する医療機器〉


本品は、「販売名 ファストクリックス 届出番号 13B1X1022500006」と組み合わせて使用します。

〈使用方法〉

1. 本品の準備




1) 採血用穿刺器具(以下、穿刺器具)の本体キャップを引っ張って外します。



2) 本品を白い部分を奥にして、穿刺器具にカチッというまで差し込みます。

中のランセットを使い切るまで外さないでください。




3) 本体キャップを溝に合わせて穿刺器具にとりつけます。




4) 穿刺器具の表示窓に数字の「6」が表示されていることと、キャップが浮いていないことを確認してください。これで、本品のセットは終了です。続けて、以下の採血方法をご確認ください。

2. 指先又は耳朶からの採血方法




穿刺設定目安

5) 深さ調節ダイヤルを回して、穿刺の深さを調節します。穿刺設定目安を参照してください。




6) 穿刺部位を良く洗います。穿刺器具を穿刺部位に軽く当て、プランジャーを押します。穿刺した部分の周りを軽く押し、血液を必要量出します。

3. 2本目以降のランセットの使用方法 (針は自動的には換わりません。)



7) 次のランセットを使うときは、針交換レバーをAの方向へ移動させ、Bの方向へ戻します。表示されている数字がひとつ減ります。


この作業は、新しいランセットを使用するときに一回だけ行ってください。




8) プランジャーを押して、穿刺を行ってください。

ランセットは使い捨てですので、再使用はしないで、使用ごとに新しいものをセットしてください。

4. 使用済みランセットの廃棄



9) ランセットを全部使用したら、穿刺器具の本体キャップを外し、使用済みの本品を引っ張って外します。



10) ドラムスリーブが移動し、ドラムに赤線が現れます。この赤線は使用済みを意味します。再び穿刺器具にセットすることは出来ません。未使用品と混ざらないようにして、医療廃棄物として適切な処理をしてください。

5. 指先又は耳朶以外(手のひら、前腕、太もも、ふくらはぎ等)からの採血方法

穿刺器具の本体キャップのかわりにAST用キャップ(透明プラスチックのキャップ) を使用します。
穿刺器具を穿刺部位にしっかりと押し当て、プランジャーを押します。穿刺後は、穿刺器具を皮膚につけたまま、数回強く押し、血液を必要量出します。
指先又は耳朶以外からの採血方法を用いて血糖測定をする場合は、必ず事前に医師がご確認ください。(部位によって血糖値が異なる場合があります。)

**【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - 脱水状態
 - ショック状態
 - 末梢循環障害
4. 2本目以降のランセットをご使用の際は、ご使用前に必ず手で針交換レバーを回して新しい針に換えてください。針は自動的には換わりません。
5. 必ず、穿刺器具の本体キャップなどをセットしてからプランジャーを押してください。
6. 穿刺するときは、必ず新しいランセットをセットしてください。
7. 針交換レバーは必要時に一回だけ回してください。何回も回すと、その分本品が穿刺器具内で回転してしまいます。ランセットの再使用防止のため元には戻せませんので、ご注意ください。
8. 使用途中または使用済みの本品を固い場所に落とすなど強い衝撃を与えると、中の穿刺針が飛び出す恐れがあります。安全のため、ドラムの穴の面は触らないようにしてください。
9. 本品の再使用防止のため、一度穿刺器具にセットされた本品を取り出すと、再セットできない構造になっています。使用途中に穿刺器具から取り出さないようにしてください。
10. 廃棄の際は、ドラムは一気に引き抜いてください。引き抜いている途中で穿刺器具に戻さないでください。
11. 耳朶等、組織が薄い部位への穿刺を行なう場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

**【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

高温・多湿を避けて保管してください。

〈耐用期間〉

4年 [自己認証による]

※使用期限は外箱に記載しております。

* * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ロシュDCジャパン株式会社
フリーダイヤル:0120-642-860
アキュチェックWebサイト:www.accu-check.jp

外国製造業者(国名):

Roche Diabetes Care GmbH
ロシュ ダイアベティス ケア社(ドイツ)

ACCU-CHEK および FASTCLIX は、Roche の商標です。



ロシュDCジャパン株式会社